



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.27.195.A № 61913/1

Срок действия до 30 марта 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Дальномеры лазерные GLM 50 C

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Robert Bosch Power Tools GmbH", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 63592-16

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП АПМ 50-15

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **16 декабря 2016 г.** № **1900**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



..... 2016 г.

Серия СИ

№ 026449

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дальномеры лазерные GLM 50 С

Назначение средства измерений

Дальномеры лазерные GLM 50 С предназначены для измерений расстояний и угла наклона относительно горизонта при выполнении кадастровых и землеустроительных работ.

Описание средства измерений

Принцип измерения расстояний дальномеров лазерных GLM 50 С основан на определении разности фаз излучаемых и принимаемых модулированных сигналов. Модулируемое излучение лазера с помощью оптической системы направляется на цель. Отраженное целью излучение принимается той же оптической системой, усиливается и направляется на блок, где происходит измерение разности фаз, излучаемых и принимаемых сигналов, на основании которого вычисляется расстояния до цели.

Принцип измерения угла наклона относительно горизонта основан на применении сенсора «MEMS» (Микро Электро Механическая Система). Он представляет собой конденсатор с неподвижным основанием, на котором закреплена подвижная часть. При перемещении подвижной части во время наклона дальномера меняется ёмкость конденсатора, сигнал с сенсора преобразовывается и выдаётся на дисплей в виде угла наклона, в установленных единицах измерения.

Длина волны лазерного излучения - 635 нм, мощность - < 1 мВт, класс 2 в соответствии с IEC 60825-1 «Безопасность лазерных изделий».

Нулевой (начальной) точкой отсчёта дальномеров лазерных GLM 50 С может быть:

- нижний торец корпуса;
- верхний торец корпуса;
- центр резьбовой втулки при измерении со штатива.

Результаты измерений выводятся на дисплее, регистрируются во внутренней памяти. Конструктивно дальномеры лазерные GLM 50 С выполнены единым блоком, в котором размещены оптические и электронные компоненты. Управление дальномерами лазерными GLM 50 С осуществляется при помощи встроенной 7-кнопочной клавиатуры.



Рисунок 1 - Фотография общего вида дальномеров лазерных GLM 50 С

Опломбирование узлов дальномеров лазерных GLM 50 С не производится, ограничение доступа к узлам обеспечено конструкцией крепёжных винтов, которые могут быть сняты только при наличии специальных ключей.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон измерений расстояний, м: - при благоприятных условиях ¹⁾ - при неблагоприятных условиях ²⁾	0,05 - 50,00 0,15 - 20,00
Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний (при доверительной вероятности 0,95), мм: - при благоприятных условиях ¹⁾ - при неблагоприятных условиях ²⁾	$\pm 2 \cdot (1,5 + 0,05 \text{ мм/м})$ $\pm 2 \cdot (3,0 + 0,15 \text{ мм/м})$
Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерений расстояний, мм: - при благоприятных условиях ¹⁾ - при неблагоприятных условиях ²⁾	1,5 + 0,05 мм/м 3,0 + 0,15 мм/м
Диапазон измерений угла наклона, ...°	±90
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла наклона, ...°	±0,2
Диаметр лазерной точки ³⁾ , мм, не более: - на расстоянии 10 м - на расстоянии 50 м	9 45
Дискретность измерений: - расстояний, мм - углов, ...°	0,1 0,1
Источник электропитания Напряжение электропитания, В	2 элемента питания типа ААА 2×1,5
Измерений на полный заряд батарей	10000
Диапазон рабочих температур, °С	от - 10 до + 45
Габаритные размеры (Д×Ш×В) мм, не более	106×45×24
Масса с элементами питания, г, не более	100

¹⁾ - измерения на поверхность со 100% отражательной способностью (стена, окрашенная в белый цвет), низкая фоновая освещенность, температура окружающей среды - плюс 25 °С;

²⁾ - измерения на поверхность с (10 - 100)% отражательной способностью, высокая фоновая освещенность (прибл. 30 000лк), температура окружающей среды - от минус 10 до плюс 45 °С;

³⁾ - при температуре плюс 25 °С.

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и наклейкой на корпус дальномеров лазерных GLM 50 С.

Комплектность средства измерений

Таблица 2

Наименование	Количество
Дальномер лазерный	1
Элементы питания (тип ААА)	2
Чехол	1
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки МП АПМ 50-15	1

Поверка

осуществляется по документу МП АПМ 50-15 «Дальномеры лазерные GLM 50 С. Методика поверки», утверждённому ООО «Автопрогресс-М» в ноябре 2015 г.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Основные средства поверки:

- рабочий эталон 1го разряда по ГОСТ Р 8.750-2011;
- квадрант оптический КО-60, ТУЗ.-3.1387-81.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дальномерам лазерным GLM 50 С

- 1 ГОСТ Р 8.750-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений».
- 2 ГОСТ 53340-2009 «Приборы геодезические. Общие технические условия».
- 3 ГОСТ 19223-90 «Светодальномеры геодезические. Общие технические условия».
- 4 Техническая документация компании «Robert Bosch GmbH», Германия.

Изготовитель

Фирма «Robert Bosch Power Tools GmbH», Германия

Franz-Oechsle Str. 4, 73207, Plochingen, Germany

Тел.: +49 (0)711 400 40990

Факс: +49 (0)711 400 40999

E-mail: info@bosch.com

Заявитель

ООО «Роберт Бош», Россия

141400, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, 24

Тел.: +7 (495) 560-9-560

Факс: +7 (495) 560-99-99

E-mail: info@ru.bosch.com

Испытательный центр

ООО «Автопрогресс-М»

123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 3 корп. 1

Тел.: +7 (495) 120-0350, факс: +7 (495) 120-0350 доб. 0

E-mail: info@autoproggress-m.ru

Аттестат аккредитации ООО «Автопрогресс-М» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.311195 от 30.06.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

М.п.

« 28 » 12

2016 г.

ПРОШНУРСОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
3 (три) ЛИСТОВ(А)

